




**Domanda 2 tris:** In caso di risposta affermativa alla Domanda n. 2, chiediamo se le opere di realizzazione (acquisto materiali e messa in opera) della cabina comandi e relative protezioni anti X saranno a cura del committente

**Risposta:** La cabina comandi rimane a carico del concorrente, la protezione RX del locale rimane a carico dell'ULSS n. 6 previa verifica delle protezioni RX esistenti

**Domanda 2 quater:** In caso di risposta affermativa alla Domanda n. 2, chiediamo se viene variata la destinazione d'uso della sala n. 9


**Risposta:** Non viene variata la destinazione d'uso della sala n. 9



**Quesito :** riferimento: Capitolato Speciale,  
Art. 4) - Coordinamento Lavori e modalità realizzazione  
Art. 10) - Consegna, Installazione, Collaudo e Formazione Operatori

**Domanda 3:** Si legge nell'art. 4 a pagina 12 ultimo capoverso la dicitura "entro i termini suddetti .....". Per termini suddetti, si devono intendere i tempi di cui all'art. 10 "Relativamente al telecomandato previsto per l'ULSS di Vicenza (lotto 2) i termini sono i seguenti: ....."?


**Risposta:** I termini indicati si riferiscono ai tempi di cui all'art. 10



**Quesito :** riferimento: Lettera di Invito,  
Contenuto Busta 2 - Documentazione Tecnica Lotto 2  
Con riferimento ai file contenuti sul CD facente parte della documentazione di gara.

**Domanda 4:** Siamo a chiedere se tutte le opere necessarie per l'installazione dell'apparecchiatura presso l'ULSS di Vicenza e non incluse nel file 3.1 Relazione.doc, dovranno essere elencate in apposita appendice facente parte del progetto esecutivo.

**Risposta:** Eventuali opere di predisposizione muraria o impiantistica finalizzata all'installazione dell'apparecchiatura da fornire e non previste dall'ULSS n. 6, dovranno essere elencate in sede progettuale



**Quesito :** riferimento: Capitolato Speciale,  
Art. 9) - Garanzia - Manutenzione e Assistenza Tecnica  
Relativamente all'articolo di cui sopra viene richiesto un contratto di manutenzione full-risk, post-garanzia, per la durata di 5 anni  
A pagina 2 di 3 dell'allegato "E" Scheda Tecnica Preliminare, la percentuale del contratto di manutenzione full-risk post- garanzia è proposto per anni 3.

**Domanda 5:** Per quanti anni deve essere proposto il contratto di manutenzione post-garanzia?

**Risposta:** Si precisa che la durata del contratto di manutenzione post-garanzia è di 5 anni.  
Si chiede di non compilare il campo della Scheda Tecnica Preliminare in cui viene richiesta la % del costo di manutenzione

F.to Il Direttore  
Servizio per gli Approvvigionamenti  
(dr.ssa Elisabetta Zambonin)